



Ref. Certif. No.

DE 3 - 40577

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB CERTIFICADO TEST
DE ENSAYO QC**

Producto	Camas médicas														
Modelo	sentida 7-i														
Nombre y dirección del demandante	Wissner-Bosserhoff GmbH Hauptstr. 4-6 58739 Wickede, GERMANY														
Nombre y dirección del fabricante	Wissner-Bosserhoff GmbH Hauptstr. 4-6, 58739 Wickede, GERMANY														
Nombre y dirección de la fábrica	Wissner-Bosserhoff GmbH Hauptstr. 4-6, 58739 Wickede, GERMANY														
Valores nominales y características principales	<table border="0"> <tr> <td>Voltaje:</td> <td>230 Vac</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia:</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potencia:</td> <td>280 VA</td> </tr> <tr> <td>Clase de protección:</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Tipo de la parte aplicada:</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Grado de protección: Tiempo de funcionamiento (INT):</td> <td>IPX4 2 min. ON/ 20 min. OFF</td> </tr> <tr> <td>Safe working load:</td> <td>250 kg</td> </tr> </table>	Voltaje:	230 Vac	Frecuencia:	50 Hz	Potencia:	280 VA	Clase de protección:	II	Tipo de la parte aplicada:	B	Grado de protección: Tiempo de funcionamiento (INT):	IPX4 2 min. ON/ 20 min. OFF	Safe working load:	250 kg
Voltaje:	230 Vac														
Frecuencia:	50 Hz														
Potencia:	280 VA														
Clase de protección:	II														
Tipo de la parte aplicada:	B														
Grado de protección: Tiempo de funcionamiento (INT):	IPX4 2 min. ON/ 20 min. OFF														
Safe working load:	250 kg														
Marca (si existe)	wissner-bosserhoff														
Referencia / Modelo	sentida 7-i														
Información adicional (si es necesaria)															
Una muestra de este producto ha sido probada y se ha encontrado que se cumplen las siguientes normas:	IEC 60601-1 (ed.3) IEC 60601-2-52(ed.1) IEC 60601-1-6(ed.3) IEC 62366(ed.1)														
Como se ve en el reporte de la prueba que hace parte de este certificado	713081143														

Este certificado ha sido realizado por el organismo nacional de certificación

Fecha, 2016-08-16
CB 16 08 13637 018ffQ.
<-./A)

Stefan Reis



TOV SOD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 MOnchen

Product Service